

## Гарантийный талон

на кресло-коляску для инвалидов: модель AMRW18P-EL

1. Срок действия гарантии на кресло-коляску для инвалидов - 1 год с даты продажи.
  2. Дата продажи отмечается торгующей организацией в гарантийном талоне.
  3. В случае обнаружения неисправности в гарантийный период покупатель может обратиться на фирму «Москва-Амрос» для ремонта только при наличии настоящего гарантийного талона.
- Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные вследствие:
- удара, небрежного обращения;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

2018  


Отметка о продаже торгующей организацией

Кресло-коляска для инвалидов: модель AMRW18P-EL получена в полностью укомплектованном виде, в исправном состоянии, в заводской упаковке, с руководством по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений.

Претензий к внешнему виду не имею.

С условиями действия гарантии ознакомлен.



0 664942 300675

Подпись покупателя

В регионе Москвы и Московской области гарантийное обслуживание производится по адресу: РФ, Москва, 123007, Хорошевское шоссе, д.38г

Режим работы: понедельник - пятница с 10 до 17 часов;  
перерыв с 12 до 13 часов.

Адреса сервисных центров в других регионах РФ указаны на сайте [www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) в разделе "Сервисные центры".

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте изделие по адресу: РФ, г. Москва, 109028, ул. Яузская, д.1/15, стр.5.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: [www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) E-mail: [info@mos-amros.ru](mailto:info@mos-amros.ru)

Отметки о ремонте:

Кресло-коляска для инвалидов:  
модель AMRW18P-EL



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1 - сиденье; 2 - подлокотники; 3 - подножки;  
4 - опора для голеней; 5 - опоры для стоп; 6 - передние колеса;  
7 - рычаги тормоза; 8 - задние колеса.

Кресло-коляска для инвалидов: модель AMRW18P-EL, складная, со стальной хромированной рамой, с ручным приводом, литыми шинами передних и задних колес, фиксированными подлокотниками и фиксированными подножками, с опорой для голеней, предназначена для передвижения больных с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на открытых площадках с твердым покрытием, (исключая дороги), самостоятельно или с помощью сопровождающего лица.

#### Технические характеристики

Ширина сиденья, мм	- 460
Глубина сиденья, мм	- 430
Габариты (ШДВ), мм	- 650x1040x870
Ширина в сложенном состоянии, мм	- 290
Диаметр передних колес, мм	- 200 ( 8")
Диаметр задних колес, мм	- 610 (24")
Масса, кг	- 17,2
Грузоподъемность, кг	- 113
Температура эксплуатации, °С	от минус 40 до плюс 40
Стойкость к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006.	

#### Комплект поставки

Кресло-коляска	- 1 шт.
Опора для голеней	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Комплект инструментов	- 1 шт.
Упаковочная коробка	- 1 шт.

#### Меры безопасности

При посадке больного в кресло и высадке из него задние колеса (8) должны быть заблокированы тормозом (7), а опоры для стоп (5) подножек (3) должны находиться в вертикальном положении. Вставать на опоры для стоп (5) при посадке и высадке в кресло не допускается.

#### Подготовка кресла – коляски к эксплуатации

Кресло - коляска раскладывается и складывается без применения специальных средств.

Сложенную коляску положите на пол, и, потянув подлокотник и раму вверх, не перекаивая раму, раздвиньте кресло на ширину сиденья (1).

Допускается раздвигать коляску, находящуюся в вертикальном положении, держась за подлокотники и немного её приподняв.

Для хранения и транспортировки сложите коляску, потянув вверх мягкие рукоятки на сиденье (1) и сдвинув вместе подлокотники (2).

#### Подножки

Кресло-коляска оборудована фиксированными подножками (3) с опорами для стоп (5) и опорой для голеней (4).

#### Подлокотники

Кресло-коляска оборудована фиксированными подлокотниками (2).

#### Тормоз

Кресло-коляска оборудована стоячными тормозами (7) обоих задних колес (8). Для торможения передвиньте рычаг тормоза (7) вперед до полной блокировки задних колес (8).

#### Обслуживание и уход при эксплуатации

Очистку поверхности сиденья и спинки кресла коляски производите теплой водой со стиральным порошком.

Механизм складывания периодически смазывайте машинным маслом.

Не допускайте повреждения декоративных покрытий кресла-коляски твердыми и острыми предметами.

Во время движения не сдвигайтесь на сиденье вперед и не допускайте ударов передних колес о препятствия и неровности на дороге (камни, выбоины, дорожный бордюр).

В случае ослабления фиксации опоры для стоп (5) или смещения её по высоте ослабьте болт-фиксатор в торце подножки (3), восстановите положение опоры и затяните болт-фиксатор по часовой стрелке.

#### Кресло – коляска для инвалидов: модель AMRW18P-EL



#### Регистрационное удостоверение Росздравнадзора

№ ФСЗ 2007/00972 от 26.12.2007

Производитель "Амрус Энтерпрайз Лтд.", США,

**AMRUS**  
Enterprises, Ltd., 720 King Georges Post Road,  
Suite 3E, Fords, New Jersey 08863, USA

Место производства Amrus Enterprises, Ltd., 720 King Georges Post Road,  
Suite 3E, Fords, New Jersey 08863, USA

Импортер / организация, уполномоченная на принятие претензий

ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр.4

#### Соответствие требованиям

ГОСТ Р 50444-92(р.р. 3,4) ГОСТ Р 51081-97

ГОСТ Р 51083-97 ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006

Срок службы не менее 5 лет

При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к креслу-коляске срок службы может быть значительно больше указанного.

Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию кресла-коляски по истечении указанного срока службы, или для проведения гарантийного обслуживания, обратитесь по адресу, указанному торгующей организацией.